TANITA

デジタルヘルスメーター

System 105・106
DIGITAL HEALTH METER

取扱説明書

このたびは、タニタデジタルヘルスメーターを、お買いあげいただき、まことにありがとうございます。タニタデジタルヘルスメーターを正しく、ご使用いただくために、取扱説明書をよくお読みください。
本品は、精密機器につき絶対に分解はしないでください。

各部のよびかた



ご使用の前に

本品には、電池がついていませんので、ご近所で006Pタイプの乾電池をご買入の上ご使用ください。



本体裏面のバッテリーカバーをはずし、バッテリー（乾電池）を正しい向きで入れ、ご使用ください。

ご使用順序

- スタートスイッチをつま先で
  ①軽く押す
- 0.0 で正しい表示
  ②表示を確認
- 0.0 で5秒以内に
  ③乗　る

ご注意



このデジタルヘルスメーターのスイッチは、上図の様につま先で軽くけってください。

万一、上図の様に、はかりの上面にさわりながら、スイッチを押しますと－0.5とか－1.0とかの「マイナスの表示」をする事があります。

ご使用上の注意

- HELO 表示中は、電子回路を正常に作動させるためのチェック時間です。この表示をしているときには、乗らないで下さい。
- 0.0 表示してから5秒以内に乗らない場合、表示が消え、同時に電源も自動的に切れるしくみになっています。
- 体重を計ったあと、本体から降りますと、自動的に電源が切れるしくみになっています。
- 万一、30秒過ぎても表示が消えない場合は、乾電池をはずして表示を消し、再び乾電池を入れてお使いください。
- マイクロコンピューターや乾電池を使用していますので、湿気の多い所や、水けのある所に置かないで下さい。
- このデジタルヘルスメーターは、畳やジュータン等の上では正確な測定が出来ませんので堅い平らな所に置いてお使いください。
- 水でぬれた時は、乾いた布で拭き、汚れた時は、水又は家庭用洗剤を湿した布で拭き、その後、乾いた布で拭き取って下さい。熱湯、ベンジン、シンナー等は使用しないでください。
- 長期間ご使用にならない場合は、乾電池を取りはずして、保管してください。

電池交換について

- 表示部が Lo となりますと、電池がなくなったことを表わしますので、すぐに取り替えてください。
- 電池は、新品の006Pを使用してください。
- 古い電池のとき Lo も表示しないことがあります。

特徴

(1)オートパワーオフ〈AUTO POWER・OFF〉

測定の後、約1秒間で電源が自動的に切れるシステムで、電池を長持ちさせます。

(2)スタート0(ゼロ)システム〈START ZERO SYSTEM〉

スタートスイッチを押した時、電子的に0kgの位置を決めます。

(3)バッテリーチェッカーシステム〈BATTERY CHECKER SYSTEM〉

電池がなくなると、表示部が Lo となり、バッテリーの交換時期を知らせます。

(4)このデジタルヘルスメーターは136kgまではかれます。〈最大計量136kg〉

従来のヘルスメーター最大計量100kg〈当社比〉

(5)乾電池は家族5人で各自1日1回の測定で約半年間使用できます。

TANITA System105・106保証書

本書は、本書記載内容(裏面記載)で無料修理を行なうことをお約束するものです。
お買上げの日から下記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。

品　番	
保証期間	本　体　　お買上げ日より 6ヶ月
お買上げ日	昭和　　年　　月　　日
お客様	ご住所 お名前　　様 電　話　　(　　)
販売店	住所・店名 電話　　(　　)

株式会社 タニタ
〒174 東京都板橋区前野町1-14-2 ☎03(558)8111(代表)

〈無料修理規定〉

1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、無料修理致します。

2.保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買上げの販売店にご依頼ください。

3.ご贈答品等で本保証書に記入してあるお買上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、弊社営業所へご相談ください。

4.保証期間内でも次の場合には有料修理になります。

㋑ 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷

㋺ お買い上げ後の落下等による故障及び損傷

㋩ 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷

㋥ 一般家庭用以外(例えば、業務用の長時間使用、船舶の搭載)に使用された場合の故障及び損傷

㋭ 本書の提示がない場合

㋬ 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、或いは字句を書き替えられた場合

5.本書は日本国内においてのみ有効です。

6.本書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保存してください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買上げの販売店又は弊社営業所にお問合わせください。

精度の保証範囲

● このデジタルヘルスメーターは最小表示500gですが下記の範囲まで精度を保証します。

120kgまではかる場合	±1kg
120kgをこえ136kgまではかる場合	±1.5kg

● このデジタルヘルスメーターは体重を計ることが主な目的ですので品物の売買取引やその他の目方を証明する場合にはお使いになれませんが、学校や病院等で体重を測定し証明する場合は差しつかえありません。

通産省令
適合マーク

検査合格証

精度検査	構造検査	総合検査

株式会社 タニタ

本社・東京営業所	〒174 東京都板橋区前野町1-14-2	☎03 (558) 8111 (代表)
大阪営業所	〒550 大阪市西区立売堀1-4-11	☎06 (541) 3151 (代表)
名古屋営業所	〒466 名古屋市昭和区田面町2-44	☎052 (762) 2241 (代表)
福岡営業所	〒812 福岡市博多区博多駅南4-3-3	☎092 (431) 2298 (代表)
札幌出張所	〒060 札幌市中央区北六条西24-3	☎011 (641) 8111 (代表)
仙台出張所	〒980 仙台市荒町146	☎022 (262) 2891 (代表)
広島出張所	〒733 広島市西区三篠町1-2-24	☎082 (238) 7031 (代表)

消費者サービスセンター 〒174 東京都板橋区前野町1-14-2 ☎03 (967) 9655

※お願い=ご不審の点がありましたら、お買い上げ販売店、または弊社へお問合せください。

83004021 86.9.3000